

附件 2：阜外华中心血管病医院瓣膜成型带/环及瓣膜成型环医用耗材采购项目包 1（瓣膜成型带/环）采购需求

医用耗材通用名称		瓣膜成型带/环
技术参数	适应症、适用范围	主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建和/或重塑
	学科、品类	无源植入类器械，心脏植入类
	组成	瓣膜成型带、瓣膜成型环等（组成的名称可不完全一样）
	包装方式	单套/件独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不限规格和尺寸，分别单独报价。
	特征	前环：软性设计，后环：半硬性设计；或前硬后软设计。 具有针孔设计，易于纤维三角的定位与缝合。
	其他备注	经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。

**附件 2: 阜外华中心血管病医院瓣膜成型带/ 环及瓣膜成型环医用耗材采购项目包 2(瓣膜成型环) 采购需求**

医用耗材通用名称		瓣膜成型环
技术参数	适应症、适用范围	用于病理性三尖瓣瓣膜重塑和/或再造
	学科、品类	无源植入类器械，心脏植入类
	组成	由瓣膜成型环和持环器组成，组成的名称可不完全一样
	包装方式	单套/件独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不限规格和尺寸，分别单独报价。
	特征	缝合处要有多处明显标识，便于识别、缝合；低剖面；具有形态挤压功能，解决瓣环扩张问题，达到更好防止远期三尖瓣返流的效果。
	其他备注	经灭菌，一次性使用。

**特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。**