

阜外华中心血管病医院冠脉分流栓采购项目

采购需求

序号	技术性能要求	要求
★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应为知名品牌，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。提供医疗器械注册证或备案凭证等相关认证	具备
二	技术要求	
1	用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术视野，在血管最后缝合前，将产品取出	具备
2	结构：由分流管，细线及标签组成，	具备
3	规格：1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00(± 0.15 mm) mm	具备
4	材质：分流管：医用硅橡胶；细线：医用手术线；标签：医用硅橡胶，医用硫酸钡；硅胶粘合剂：硅胶	具备
5	灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用。医疗器械分类：03-14-01	具备
6	提供不同规格和型号单独报价	具备
★三	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为6个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备