

附件 2：阜外华中心血管医院术中支架医用耗材采购项目采购需求

壹、直筒型术中支架		
★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
#1	# 使用范围:用于 DaBakeyI 型主动脉夹层和部分 DaBakeyIII 型手术治疗；	具备
2	该产品由覆膜支架和输送装置组成，覆膜支架中金属支架材料由钴铬镍钼铁合金，覆膜材料为涤纶，输送装置由拉杆、绑扎线、内芯管和手柄组成；	具备
3	环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期 $\geq$ 两年；	具备
4	产品内径：包括不限于 22mm、24mm、26mm、28mm、30mm；	具备
5	最小有效长度： $\geq$ 100mm；	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备
贰、分支型术中支架		
★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责；	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页；	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件；	具备
二	技术要求	
1	分支型术中支架，有主体、侧支、人工血管、输送系统四部分组成；	具备
2	侧支结构，用于直接重建左锁骨下动脉，吻合口前移；	具备
3	支架材料为镍钛合金骨架与 PET 覆膜；	具备
4	近端人工血管有长短、带涂层和不带涂层多种规格；	具备
5	输送系统，主体可预弯，侧支角度可调节设计，支架外包裹软膜；	具备
6	血管的有效最小长度： $\geq$ 120mm；	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。