

**附件 2：阜外华中心血管病医院一次性使用无菌导管鞘套装医用耗材采购项目采购需求**

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
★1	使用范围：本产品临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用。	具备
2	导管外径：≤8F	具备
3	导管鞘长度：≥11cm	具备
4	导管结构：导管鞘和扩张管由聚四氟乙烯制成；导丝和穿刺针的针管由奥氏体不锈钢制成；注射器的外套、芯杆由聚丙烯制成，活塞由天然橡胶制成；手术刀片由 F 型不锈钢制成。	具备
5	包含配件：导管鞘 1 根，扩张管 1 根，导丝 1 根，穿刺针 1 支，注射器 1 支，手术刀 1 把	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	集采产品	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

**特别提醒：**在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。