

附件 2: 阜外华中心血管病医院过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂医  
用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求, 中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点, 凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
★1	使用范围: 适用于强生过氧化氢低温等离子设备的灭菌效果监测;	具备
2	适用用于在用阅读器的生物培养	具备
3	培养时间对照组和测试组应均低于 20min	具备
4	生物指示剂采用嗜热脂肪芽孢杆菌作为培养菌种, 每一载体菌片含量 $\geq 1.0 \times 10^6$ CFU/盘;D 值为 $\geq 1.0$ 秒;	具备
5	具有国家认可的消毒产品检验机构出具的安全评价报告	具备
6	与管腔 PCD 具有同等或更强抗力的灭菌挑战装置	具备
7	检测结果实时显示并通过培养设备自动读取, 并能进行电子记录和导出, 电子记录保存应大于 20000 条, 实现信息化管理	具备
三	总体要求	
1	包装方式: 单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质, 耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒: 在院供应商应按照公告要求参与投标, 未按规定参加, 自采购项目成交公示结束之日起合同终止。