

附件 2：阜外华中心血管病医院一次性使用动静脉插管医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	使用范围：ECMO 下动静脉引流与灌注插管；	具备
2	产品型号齐全：静脉/引流插管包括不限于 8F-29F，动脉/灌注插管包括不限于 8F-14F。 可同时用于引流和灌注的 15F-25F，多级静脉/引流插管包括不限于 15F-25F。	具备
3	插管与插芯贴合紧密，插管更顺畅	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。