

## 附件 2: 阜外华中心血管病医院集成膜式氧合器医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求, 中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点, 凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	★使用范围: 用于新生儿和婴幼儿体外循环手术支持, 向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并储存血液。结构及组成: 由热交换器、硬壳静脉储血器和过滤器组成	具备
2	集成微栓过滤器, 具备血液涂层技术, 微栓孔径 $\leq 32\mu\text{m}$ 。	具备
3	支持血流量范围 0-1.5L/min	具备
4	氧合器预充量 $\leq 43\text{ml}$ 、减少手术过程中的血液稀释。	具备
5	具备自动排气技术, 方便快速上机。	具备
三	总体要求	
1	包装方式: 单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质, 耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

**特别提醒:** 在院供应商应按照公告要求参与投标, 未按规定参加, 自采购项目成交公示结束之日起合同终止。