

附件 2：阜外华中心血管病医院离心泵泵头医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	使用范围：配合现有的离心泵使用，用于在心脏直视手术中的体外循环或循环辅助；	具备
2	最小和最大血液流量： ≥ 10 升/分钟； ≤ 6 升/分钟；流量可调。	具备
3	血液通道压力限值： $\geq 45\text{kPa}$ （337.5mmHg）；	具备
4	血液通道容积：入口 6.20mm——9.4mm，出口 6.20-9.00mm，允差 5%。至少有四个规格。	具备
5	容积：包括不限于 32mm、35ml、56mm，允差 10%，	具备
6	具有临床使用转速的压力-流量曲线	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。