

附件 2: 阜外华中心血管医院植入式心脏起搏器电极导线医用耗材采购项目 采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件。	具备
二	技术要求	
1	★使用范围:与兼容脉冲发生器或心脏起搏器结合使用时，用于对右心房和/或右心室进行长期起搏和感知。	具备
2	在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床 1.5T 或 3T 场强的磁共振成像检查。	具备
3	电极有效面积：固定螺旋电极 $\geq 4\text{mm}^2$ ；阳极电极环： $\geq 15\text{mm}^2$ 。	具备
4	固定方式：主动固定式。	具备
5	电极数量：双极。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价。	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品。	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。