

附件 2：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）液氮采购项目
采购需求

★一	总体要求	
1	满足采购人要求，中标方负责将中标物品根据采购人要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。	具备
2	投标时要求提供投标产品的检验报告、技术参数表及产品彩页。	具备
3	投标人应具备《危险化学品经营许可证》（许可范围包含液氮）。	具备
4	提供生产企业的《安全生产许可证》（许可范围包含液氮）。	具备
5	提供液氮运输公司的《道路危险货物运输许可证》，并提供危化品运输车辆证照，人员具备操作资质。	具备
二	技术要求	
1	用途：样本保存	具备
2	液氮符合标准：GB/T8979-2008	具备
3	纯度等级：≥99.999%(体积分数)	具备
4	杂质限制：氧含量≤10ppm，水分含量≤10ppm。	具备
★三	技术及售后服务	
1	按照采购人通知要求按时将符合要求的货物送达指定地点。	具备
2	提供每次送货产品的检测单，并按照规定办理验收手续。	具备