

附件 2：阜外华中心血管病医院环棒组合骨科外固定支架医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	使用范围：环棒组合骨科外固定支架产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 金属骨针产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	具备
2	材质：环棒组合骨科外固定支架各部件选用不锈钢和/或铝合金和/或钛及钛合金和/或碳纤维/或 450CA30 PEEK (5600CF30 PEEK) 材料制造。	具备
3	由环、连接棒、棒棒夹钳、棒针夹钳、环棒夹钳、环针夹钳、关节接头、延长装置、转向装置和附件等部件组成	具备
4	金属骨针型式为：扁刀型、锥刀型、螺纹刀型；该产品采用符合 GB 4234.1 标准中规定的 00Cr18Ni14Mo3 不锈钢材料制造	具备
5	功能特性：环、连接棒、棒棒夹钳、棒针夹钳、环棒夹钳、环针夹钳、关节接头、延长装置、转向装置和附件等部件组成的应用于骨科所需的外固定的手术，强调骨折治疗重视骨的生物学特征、不破坏骨生长发育的正常生理环境。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。