

附件 2：阜外华中心血管病医院膜式氧合器医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	使用范围：适用于成人心血管外科手术，进行体外循环血气交换及调节温度	具备
2	款式：包括成人款等多种，通用不少于四个主流品牌的 CRRT。	具备
3	产品由膜式氧合器，静脉储血罐（带过滤器），多通路连接器，再循环管路，真空管路和延长管等组成，可附带固定支架	具备
4	涂层：具有减少血液凝固的材质	具备
5	最大血流速度和氧合效率： $\geq 7\text{L}/\text{min}$	具备
6	热交换性能：具备。	具备
7	预充量： $\leq 240\text{ml}$	具备
8	有效氧合面积： ≥ 2.0 平方米	具备
9	血液进口/出口：9.5mm(3.8")，通用型	具备
10	二氧化碳清除率： $\geq 300\text{mL}/\text{min}$	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。