附件 2: 阜外华中心血管医院皮下植入式心律转复除颤器医用耗材采购项目
采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件。	具备
二	技术要求	
1	使用范围：描述类似不限于“提供心室抗心动过速起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行自动治疗”。	具备
2	连接器接口。	具备
3	腔室数量：单腔或/和双腔。	具备
4	最大充电时间： $\leq 40\text{ms}$ 。	具备
5	典型能量水平充电时间： $\leq 10\text{s}$ 。	具备
6	产品组成包括不限于脉冲发生器、扭矩扳手。	
7	该产品在特定使用条件下可以接受临床 1.5T 场强的磁共振成像检查。	
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价。	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品。	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。