

**附件 2：阜外华中心血管病医院可吸收骨修复材料医用耗材采购项目采购需求**

<b>★一</b>	<b>总体要求</b>	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
<b>二</b>	<b>技术要求</b>	
1	适应症：可用于各种骨折手术时的修复；骨囊肿、骨纤维结构不良、各种骨无菌性坏死及骨肿瘤刮除后的骨缺损部位；关节置换术的骨量损失，包括假体周围骨材料的缺损、囊性变、假体下沉及无菌性松动、髌、股骨、胫骨处的骨缺损；脊柱固定与融合时的骨缺损；骨延迟愈合及骨不连等	具备
2	规格：7mm*8mm*23mm*4、7mm*8mm*46mm*3、7mm*8mm*46mm*4	具备
3	产品由包含 45.0%SiO <sub>2</sub> 、24.5%CaO、24.5%Na <sub>2</sub> O 和 6.0%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 生物玻璃组成。	具备
4	产品为无菌状态提供，环氧乙烷灭菌，有效期≥ 3 年。一次性使用。	具备
5	生物相容降解性：不引起排异反应，作用人体 6-12 个月完全降解吸收，大大降低术后骨折风险。	具备
6	国家集采中标产品，可乙类医保报销，患者负担小。	具备
<b>三</b>	<b>总体要求</b>	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
<b>★四</b>	<b>售后服务</b>	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

**特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。**