

附件2：阜外华中心血管病医院人工血管/人造血管医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件。	具备
二	技术要求	
1	使用范围：用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。	具备
2	型号规格：包括不限于分支型、直筒型。	具备
3	产品内径：包括不限于 22mm、24mm、26mm、28mm、30mm、32mm。	具备
4	最小有效长度： $\geq 100\text{mm}$ 。	具备
5	组成：由聚酯编织制成，涂有牛胶原和甘油。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价。	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品。	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。