

附件 2：阜外华中心血管病医院肺动脉球囊扩张导管医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
★1	使用范围：该产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	具备
2	球囊直径包括不限于 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm	具备
3	导管有效长度：≥1400；球囊长度：15-40mm	具备
4	导管结构：包括不限于肺动脉球囊扩张导管为非水合性导管，由球囊、标志环、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。 球囊位于远端杆末梢，可在建议压力下扩张到一定直径； 标志环位于球囊内，用于血管内显影定位，导丝通道位于远端杆内腔，	具备
5	所有规格的球囊均为两个标志环，分别位于球囊的两个肩部；	
6	2.0-5.0mm 直径的球囊，可通过直径不大于 0.014in 的导引导丝； 6.0-10.0mm 直径的球囊，可通过直径不大于 0.018in 的导引导丝。	
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。