

## 附件 2：阜外华中心血管病医院介入导引导丝医用耗材采购项目采购需求

|    |  |    |
|----|--|----|
| ★一 | 总体要求   |    |
| 1  | 满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责          | 具备 |
| 2  | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页                                       | 具备 |
| 3  | 投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件                                    | 具备 |
| 二  | 技术要求   |    |
| 1  | 使用范围：介入引导导丝系统适用于超声引导经皮介入治疗，可以在房间隔缺损封堵术中，在超声引导下通过缺损，并引导输送系统到达左心房。 | 具备 |
| 2  | 镍钛网最大直径范围：8mm 到 26 mm。   | 具备 |
| 3  | 镍钛网最大长度范围：16mm 到 40 mm。  | 具备 |
| 4  | 由导丝主体、梭形镍钛网组成。导丝主体包括加硬段与柔性段两部分，柔性段与梭形镍钛网通过连接钢套焊接在一起。             | 具备 |
| 5  | 包含配件：导丝主体与梭形镍钛网材料为 Nitinol 材料，连接钢套材料为 316LV 不锈钢。                 | 具备 |
| 三  | 总体要求   |    |
| 1  | 包装方式：单套/件独立包装。   | 具备 |
| 2  | 提供不同规格和型号单独报价  | 具备 |
| ★四 | 售后服务   |    |
| 1  | 提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品                                    | 具备 |
| 2  | 按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点   | 具备 |

**特别提醒：**在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。