

附件 2：阜外华中心血管病医院球囊扩张导管医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	使用范围：适用于心脏瓣膜的自体瓣膜扩张。	具备
2	球囊直径包括不限于 12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、23mm、25mm、26mm、28mm；	具备
3	有效长度：球囊有效长度 40mm；导管有效长度：110mm；兼容导丝 0.035	具备
4	导管结构：由球囊、导管、导管座、显影标记及应力缓冲组成，高额定爆破压、非顺应球体、聚焦扩张力可均匀扩张狭窄病变、快速充盈卸压。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。