

附件 2：阜外华中心血管病医院二氧化碳吸收器（一次性使用呼出气体吸收过滤器）医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件。	具备
二	技术要求	
1	★使用范围：与麻醉呼吸设备配套使用，供降低患者呼出的细菌和微粒数量，吸收二氧化碳。	具备
2	规格尺寸：颗粒直径 4.0-5.0mm(±0.2mm)	具备
3	钙石灰容量 250 g(±2g)	具备
4	吸收过滤器由外壳(包括上盖和下盖)、过滤介质、护帽组成。过滤器的外壳采用 ABS 材料，护帽采用 PVC 材料。	具备
5	过滤介质由医用静电棉和医用钙石灰组成。	具备
6	以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价。	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品。	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。