

附件 2：阜外华中心血管病医院一次性穿刺针及附件医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	#使用范围：与超声探头配合使用，用于超声引导下穿刺建立通道，适用于甲状腺、腹部等部位的介入操作。	具备
2	产品包含：一次性增强显影穿刺针，一次性超声穿刺架，超声探头套和无菌耦合剂。 ①增强显影穿刺针针尖螺旋增强显影，针尖位置清晰，安全可靠。 ②一次性超声穿刺架可以调节穿刺角度，适配多种规格的穿刺针/活检针，保证针尖在超声下实时可见，引导穿刺针/活检针/消融针等精准穿刺，是超声引导下穿刺指南及共识中的必需手术器械。 ③超声探头套和无菌耦合剂是穿刺手术中必需的条件。	具备
3	材质：穿刺针采用不锈钢(06Cr19Ni10)和聚碳酸酯(PC)，穿刺架为ABS、PP 和不锈钢材料，耦合剂由卡波姆等成分制成	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。