

**附件 2：阜外华中心血管病医院一次性使用经支气管镜穿刺扩张导管医用耗材采购项目  
采购需求**

<b>★一</b>	<b>总体要求</b>	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
<b>二</b>	<b>技术要求</b>	
1	使用范围:适用于配合支气管镜使用，进行穿刺、扩张和建立操作通道，导引其他内镜工具到达肺内目标病灶	具备
2	鞘管直径包括不限于 2.7mm、1.92mm，±0.4mm；	具备
3	有效长度：≥900mm；远端长度：≥10mm	具备
4	导管结构:由穿刺针芯、扩张器、鞘管、鞘管应力扩散管、鞘管鲁尔头、下固定扣、手柄主体、固定杆、上固定扣、公鲁尔组层，其中鞘管远端内嵌显影环，在 x 射线下可监视到鞘管位置，穿刺针芯与扩张器均可在完成引导后独立取出	具备
<b>三</b>	<b>总体要求</b>	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
<b>★四</b>	<b>技术及售后服务</b>	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

**特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。**