

附件 2：阜外华中心血管病医院检验科飞行质谱分析仪专机耗材（质谱样品处理基质、细菌试验标准品）采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	适用于布鲁克质谱分析仪	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
(一)	质谱样品处理基质	
1	用途：本产品用于基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪检测细菌、酵母时作为样本基质溶液。	具备
2	储存条件及有效期：在 2℃~8℃条件下保存，有效期≥2 年。	具备
3	主要组成成分：α-氰基-4-羟基肉桂酸	具备
(二)	细菌试验标准品	
1	本产品用于全自动快速生物质谱检测系统的校正，并用于人体样本微生物鉴定结果的质量控制。	具备
2	有效期≥24 个月	具备
3	主要组成成分：由大肠埃希菌 DH5a 提取物，核糖核酸酶 A (RNase A) 和肌红蛋白组成。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质。	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。