

附件 2：阜外华中心血管病医院检验科显微镜载玻片采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
(一)	显微镜载玻片	具备
1	使用范围：可直接在现有平台 SC-120 全自动推片染色机上使用；	具备
2	规格：25*75mm，厚度：1-1.2mm，抛光边，45° 角，单头单面白色书写面；	具备
3	浮法玻璃材质，塑料盒防潮包装，玻片间不夹纸；	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。