

附件 2：阜外华中心血管病医院动脉留置针（动静脉留置针）医用耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		动脉留置针（动静脉留置针）
技术 参数	适应症、适用范围	用于肱动脉、股动脉等动脉的穿制置管。可在血管内留置一段时间，穿刺并动脉血压监测及连续动脉血气监测用。
	学科、品类	14-注输、护理和防护器械 血管内留置针
	组成	通常由护套、导管组合件(包括导管、楔型物和导管座)、针头组合件(包括针管和针座)和透气塞组成
	包装方式	单件独立包装。
	材质	高分子材料和医用不锈钢材料制成。不区分。
	规格、尺寸	24G 长度 $\geq$ 18mm; 22G 长度 $\geq$ 26mm; 20G（常规）长度 $\geq$ 30mm; 20G（特长）长度 $\geq$ 45mm; 以上规格在满足最低长度标准的前提下，同等型号针体长度越长越优先。 每种规格要标注长度尺寸，分别单独报价。
	特征	(1) 针型结构：直型针(非弯型、非 Y 型设计)。 (2) 留置针带防回血阀门(非必要)
	其他备注	经灭菌，一次性使用。

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。