

附件 2：阜外华中心血管病医院经导管二尖瓣夹系统医用耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		经导管二尖瓣夹系统
技术参数	适应症、适用范围	使用范围:适用于经皮方式降低二尖瓣原发性异常导致的二尖瓣返流, 或者适用于治疗症状性、中重度继发性二尖瓣返流。
	学科、品类	无源植入类器械, 心脏植入类
	组成	由二尖瓣夹、导引鞘或输送导管等组成
	包装方式	单套/件独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不限规格和尺寸, 分别单独报价。报价单包含规格型号、工作长度或尺寸
	特征	导引鞘或输送导管工作长度 $\geq 1000\text{mm}$;
	其他备注	经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。