

附件 2：阜外华中心血管病医院麻醉科神经功能测试系统专机耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
(一)	医用一次性针电极	具备
1	采用斜面小角度磨刃电极针；	具备
2	采用锥形电极针；	具备
3	针长度：5-80mm, 直径：0.25-0.8mm；	具备
4	导线连接器采用 DIN42802(国际标准插头)；	具备
5	≥12 种导线颜色对应标准人体部位；	具备
6	抗干扰设计可提供单线、绞线及平行线不同类型缠绕方式；	具备
7	均采用杜邦透析纸包装；	具备
8	导线品种规格：1.0m 1.2m 1.5m 2.0m 2.5m 任选；	具备
9	通过生物相容性检测，提供生物相容性细胞毒性检测报告；	具备
10	材质要求：不锈钢、PVC、医用 ABS。	具备
(二)	一次性使用心电电极	
1	贴片采用高品质银/氯化银传感器材质；	具备
2	选用进口高级亲肤水凝胶；	具备
3	贴片长度≤20mm, 宽度≤15mm；	具备
4	导线连接器采用 DIN42802(国际标准插头)；	具备
5	≥12 种导线颜色对应标准人体部位；	具备
6	抗干扰设计可提供单线、绞线及平行线不同类型缠绕方式；	具备
7	均采用杜邦透析纸包装；	具备
8	导线品种规格：1.0m 1.2m 1.5m 2.0m 2.5m 任选；	具备

9	通过生物相容性检测，提供生物相容性细胞毒性检测报告；	具备
10	材质要求：凝胶、PVC。	具备
(三)	医用一次性神经探头	
1	能耐 1000V 高压材料；	具备
2	探头直径：0.8mm/1.3mm/2.0mm/2.3mm 可选，探头有效长度：80—210mm；	具备
3	根据不同手术部位，探头形状：球形、折弯球形、双球、弯钩、双弯钩、三弯钩、双分叉、双分叉弯钩、同心圆、折弯同心圆、半球、短线柄球形、尖针状任选，提供实物以证明；	具备
4	根据不同手术部位，探头可委托其定制，需提供定制订单以证明；	具备
5	导线连接器采用 DIN42802(国际标准插头)；	具备
6	抗干扰设计可提供单线、绞线不同类型缠绕方式；	具备
7	均采用杜邦透析纸包装；	具备
8	导线品种规格：长度 100mm-2000mm；	具备
9	通过生物相容性检测，提供生物相容性细胞毒性检测报告；	具备
10	材质要求：不锈钢、PVC、医用 ABS。	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。