

## 附件 2：阜外华中心血管病医院病理科试剂耗材采购项目包 3 采购需求

### 包 3：病理科常用耗材招标要求

|     |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| ★一  | 总体要求                                                             |    |
| 1   | 满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责          | 具备 |
| 2   | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页                                       | 具备 |
| 3   | 投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件                                    | 具备 |
| 二   | 技术要求                                                             |    |
| (一) | 组织包埋盒（大标本）                                                       | 具备 |
| 1   | 使用范围：用于组织学活检样本的处理、包埋和存放                                          | 具备 |
| 2   | 产品材质：POM（耐酸碱、耐高温）                                                | 具备 |
| 3   | 性能：由高密度缩醛聚物制成，专门为安全容纳活检标本而设计，以便进行处理、包埋和存放                        | 具备 |
| 4   | 其他：具备 45 度角书写区域方便标记及打号；白、粉、绿、黄、橙、蓝等多色可选。方便区分不同活检组织，有效缓解工作中的视觉疲劳。 | 具备 |
| (二) | 组织包埋盒（小标本）                                                       | 具备 |
| 1   | 使用范围：用于胃细小组织学活检样本的处理、包埋和存放                                       | 具备 |
| 2   | 产品材质：POM（耐酸碱、耐高温）                                                | 具备 |
| 3   | 性能：由高密度缩醛聚物制成，专门为安全容纳活检标本而设计，以便进行处理、包埋和存放                        | 具备 |
| 4   | 其他：45 度角书写区域方便标记及打号；白、粉、绿、黄、橙、蓝等多色可选。方便区分不同活检组织，有效缓解工作中的视觉疲劳。    | 具备 |
| (三) | 一次性刀片                                                            | 具备 |
| 1   | 使用范围：用于石蜡包埋组织切片                                                  | 具备 |
| 2   | 产品材质：不锈钢                                                         | 具备 |
| 3   | 性能：特别适用于硬组织切片和带状切片，修剪后稳定耐用。能适配各种石蜡切片机和冰冻切片机相配套的刀架。               | 具备 |
| 三   | 其他要求                                                             |    |
| 1   | 包装方式：筒装                                                          | 具备 |
| 2   | 提供不同规格和型号单独报价。                                                   | 具备 |
| ★四  | 技术及售后服务                                                          |    |
| 1   | 提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品                                    | 具备 |
| 2   | 按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点                                           | 具备 |

**特别提醒：**在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。