

附件 2：阜外华中心血管病医院病理科试剂耗材采购项目包 13 采购需求

包 13：酒精代谢试剂盒招标要求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
(一)	人 ALDH2 基因多态性核酸检测试剂盒	
★1	检测方法：PCR-荧光探针法	具备
★2	用于定性检测人类外周血样本 DNA 中 ALDH2 基因的 1510G>A 多态性位点的基因型，具有 NMPA 注册证	具备
3	包装规格：包括不限于 24 人份/盒	具备
4	保存温度：-20±5℃	具备
5	有效期≥9 个月	具备
(二)	测序反应通用试剂盒	
1	用于心血管遗传病的预防和指导	具备
2	包装规格：包括不限于 24 人份/盒	具备
3	保存温度：-20±5℃	具备
4	有效期≥6 个月	具备
三	其他要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。