

附件 2：阜外华中心血管病医院病理科试剂耗材采购项目包 14 采购需求

包 14：高血压五项基因检测试剂盒招标要求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
1	技术名称：人类 AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9 基因检测试剂盒	具备
★2	用于体外定性检测人类静脉全血 DNA 中 AGTR1 基因 1166A>C 位点、ACE 基因 I/D 型别、ADRB1 基因 1165G>C 位点、CYP2D6*10 位点、CYP2C9*3 位点的多态性，具有 NMPA 注册证。	具备
★3	检测方法：PCR-荧光探针法	具备
4	规格要求：包括不限于 20 人份/盒	具备
5	保存温度：-20±5℃避光保存	具备
6	有效期≥9 个月	具备
三	其他要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。