

附件 2: 阜外华中心血管病医院支气管封堵导管医用耗材采购项目采购需求

★一	总体要求	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	技术要求	
★1	使用范围：适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的；	具备
2	球囊直径包括不限于 12mm、14mm；	具备
3	有效长度：≥160cm；远端长度：≥10cm	具备
4	导管结构：双腔型两端有显影标记，在 x 射线下可监视到球囊位置，并且在封堵状态下内镜可以退出支气管	具备
5	包含配件：不限于推注器、注液针头、导向接头、三通接头、鼻贴、密封接头等	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	技术及售后服务	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备

特别提醒：在院供应商应按照公告要求参与投标，未按规定参加，自采购项目成交公示结束之日起合同终止。