

附件 2：阜外华中心血管病医院透析用水处理机管道改造项目采购需求

★一	服务资质和能力要求	
1	设有稳定的零备件库存：能满足服务所需	具备
2	配备相关专用工具和设备，包括维修、校正及质控工具，提供定期校验的工具具备合格的校验证明	具备
3	具备相应的服务能力：具备透析水机的厂家培训证明	具备
4	具备设备调试项目内温度、电导度、压力、电压、电阻、漏电流等测试所需的专用工具，如电导度表、电气安全分析仪等	具备
5	具备安装改造管路的规范设计能力：能提供透析用水机设备的过往纯水管路走向设计图	具备
6	具备充足的履约能力与可靠的维修服务质量以及良好的市场口碑，能提供至少2家水处理设备在保修医院，提供相关证明材料（包括合同、维保记录单）	具备
二	服务内容技术要求	
1	内容：1台贝朗RO DIA II C 1600透析用水机加装16套出水口及相应管路铺设	具备
2	设备预检：改造前工程师对设备进行全面巡检，并将结果形成报告	具备
3	根据场地条件，设计管道走向，并提供走向布局图（承诺中标后提供）	具备
4	纯水管路铺设：工程师按照纯水管路走向铺设纯水管路，包含PEX管路、保温棉、出水口及其快速接头等物料。	具备
5	管路铺设要求：所有管路使用PEX管路，可耐受90℃高温，所有管线必须由U型直托板或90°、45°弯托板进行固定，并进行保温处理	具备
#6	出水口安装要求：出水口及其快速接头材质需为316L不锈钢，连接为机械快速连接，耐高压，可在线拔插，快速接头脱开后可自行闭合，无阀门设计，使用专用PEX管路工具与PEX管进行物理式压接	具备
7	管路对接：工程师将新铺设管路与原管路系统进行对接	具备
#8	改造完成后，进行消毒、保养、调试等，各项参数达到SOP要求使用标准	具备
9	工期：接采购人通知5个日历天完成	具备
10	质保期：三年	具备