附件 2: 阜外华中心血管病医院手术头灯采购项目采购需求

| 序号 | 要求 | 要求 |
|----------|---|----|
| *- | 总体要求 | |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求,凡涉及设备安装及施工由中标方负责,提供 交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料,包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 仅器配备软件使用的最新版本且终生免费升级,端口免费开放,能与我院各 | 具备 |
| <u> </u> | 信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求,并能根据实际情况以及用户的要求 进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 请提供所投产品配套所需耗材的名称、品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 7 | 数量:3台(成人心外四1台、儿童心脏二病区2台) | 具备 |
| = | 技术要求 | 具备 |
| 1 | 电源类型: 锂电池 | 具备 |
| 2 | 电池充满电时间≤5 小时 | 具备 |
| 3 | 单块电池充电次数≥300 次 | 具备 |
| 4 | 电池运行时间: ≥12 小时(连续工作时) | 具备 |
| 5 | 光源类型: LED | 具备 |
| 6 | 最大光照直径≥60mm | 具备 |
| 7 | 照明亮度: ≥50000Lux (≥250mm 工作距离) | 具备 |
| 8 | 光强度可以连续调节,照明亮度有效防止反射 | 具备 |
| 9 | 色温≥6000K | 具备 |
| 10 | 头灯寿命≥50000 小时 | 具备 |
| 11 | 光源功率≥2.0W | 具备 |

| 12 | 变阻器: 便携头戴式 | 具备 |
|----|--|----|
| ★三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| 1 | 保修期:6年(提供厂家保修承诺) | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障:提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统 安装软件及维修密码,软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内,进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供 维修方案,24小时内到达现场,郑州有常驻工程师,提供工程师姓名及联系 方式。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具 1 套 | 具备 |
| 7 | 到货时间: 合同签订后 30 日历天内 | 具备 |

特别说明:采购需求中带"★"项为本次磋商实质性要求和条件,不满足(负偏差)的 其响应文件按无效响应处理;采购需求中带"#"项为本次采购重要技术性能指标要求。