

附件 2：阜外华中心血管病医院小儿先心微创显微手术器械采购项目采购
需求

序号	要求	要求
★一	总体要求	具备
1	本项目除了技术要求第 5 条外的全部手术器械需提供同一品牌。	具备
2	(1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 (2) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。	具备
3	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备	具备
4	数量：1 套	具备
二	技术要求	具备
#1	显微镊 6 把：精细圆柄无损伤血管镊，头端 1.2mm，平衡锤手柄设计，总长 210mm±5mm，黑色 PVD 涂层。需现场提供样品	具备
2	胸腔心血管外科用剪 4 把：超锋利环柄精细剪刀，头端缩窄头，弯头，总长 180mm±5mm，黑色 DLC 涂层手柄	具备
#3	显微持针钳 4 把：精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，4/0 缝线，金色涂层锁片，总长 210mm±5mm，黑色 PVD 涂层。需现场提供样品	具备
4	显微持针钳 4 把：精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，6/0 缝线，金色涂层锁片，总长 210mm±5mm，黑色 PVD 涂层	具备
#5	显微持针钳 4 把：精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，7/0 缝线，金色涂层锁片，总长 210mm±5mm，黑色 PVD 涂层。需现场提供样品	具备
6	显微持针钳 4 把：精细圆柄弹簧持针钳，加强型设计，碳化钨涂层钳口，3/0 缝线，金色涂层锁片，总长 230mm±5mm，黑色 PVD 涂层	具备
7	胸腔组织钳 2 把：精细直角分离钳，90°，精细头 1.2mm，长度 180mm±5mm	具备
8	胸腔组织钳 2 把：小儿无损伤侧壁阻断钳，钳口 18m，9 条刻度标线，总长 145mm±5mm	具备
#9	胸腔组织钳 1 把：无损伤组动脉阻断钳，钳口长 65m，弯手柄 50°，工作长度 130mm±5mm。需现场提供样品	具备
#10	心脏拉钩 3 个：精细直角血管拉钩，7m 长，宽 2.2mm，深 5mm，总长 195mm±5mm。需现场提供样品	具备
11	产品使用寿命≥5 年，提供铭牌或说明书	具备
12	提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价	具备

三	技术及售后服务	
★1	保修期：3 年	具备
2	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训	具备
3	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。	具备
4	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应并提供维修方案，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。	
5	国产设备的生产日期为安装日期 6 个月内，进口设备的生产日期为安装日期 12 个月内。	具备
6	提供专业维修工具 1 套	具备
7	到货时间：合同签订后 60 个日历天	具备

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。