

附件 2：阜外华中心血管病医院腋下小切口微创小儿先心手术器械包采购
项目采购需求

序号	要求	要求
★一	总体要求	
1	本项目全部手术器械需提供同一品牌。	具备
2	(1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 (2) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。	具备
3	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备	具备
4	数量：1 套	具备
二	技术要求	
1	显微镊 2 把：微创无损伤镊，钳口 1.5*11mm，直头，单侧联动，径 3.5mm，工作距离 130mm±5mm, 可拆卸鲁尔冲洗口，绿色 PEEK 手柄	具备
#2	胸腔心血管外科用持针钳 4 把：微创持针钳，头端 1.0x6.5mm，杆径 2.7mm，弯头，标准锁，工作距离 130mm±5mm，拆卸鲁尔冲洗口，蓝色 PEEK 手柄。需现场提供样品	具备
#3	胸腔心血管外科用剪 1 把：微创用精细分离剪刀，缩窄头，双联动，径 3.5mm，工作距离 130mm±5mm，可拆卸冲洗通道，红色 PEEK 手柄。需现场提供样品	具备
4	打结器 1 把：迷你型打结器，杆径 3mm，工作距离 170mm±5mm，有锁，尾部鲁尔冲洗口，黑色 PEEK 手柄	具备
#5	胸腔组织钳 1 把：无损伤组动脉阻断钳，钳口长 55mm±5m，弯手柄 50”，工作长度 110mm±5mm。需现场提供样品	具备
6	产品使用寿命≥5 年，提供铭牌或说明书	具备
7	提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价	具备
三	技术及售后服务	
★1	保修期：3 年	具备
2	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训	具备
3	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。	具备
4	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应并提供维修方案，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。	具备

5	国产设备的生产日期为安装日期 6 个月内，进口设备的生产日期为安装日期 12 个月内。	具备
6	提供专业维修工具 1 套	具备
7	到货时间：合同签订后 60 个日历天	具备

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。