

附件 2：阜外华中心血管病医院一次性使用无菌双极射频消融钳医用
耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		一次性使用无菌双极射频消融钳
技术 参数	适应症、适用范围	用于心胸外科手术中对心脏组织进行消融。
	学科、品类	第三类，心脏外科类。
	组成	通常由消融钳夹、电极、连接管、手柄、电缆和连接插头、组成。
	包装方式	单个独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不限规格和尺寸，分别单独报价。报价单包含规格型号。
	特征	双极射频消融钳。
	其他备注	经灭菌，一次性使用。如需配套专机设备使用，专机设备需单独报价。

特别提醒：本医用耗材若在我院已有供应商，如该供应商有继续供货及合作意愿，可继续报名参加此次采购活动。本次采购活动结束后并纳入医院耗材目录库后，我院原有耗材目录库内的医用耗材、若与成交结果公告内医用耗材相同，原则上关停院内目录库内同类耗材。