

附件 2:阜外华中心血管病医院近端吻合辅助系统医用耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		近端吻合辅助系统
技术参数	适应症、适用范围	近端吻合辅助系统用于冠状动脉旁路移植术中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用来保持术中止血状态，从而在不需要对主动脉进行阻断的情况下辅助完成近端吻合。
	学科、品类	第三类，神经和心血管手术器械。
	组成	通常由打孔器、输送器和止血器等组成。
	包装方式	单套/件独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不区分规格尺寸，分别单独报价。
	特征	产品型号满足主动脉开孔直径。
	其他备注	经灭菌，一次性使用，有效期 2 年及以上。

特别提醒：本医用耗材若在我院已有供应商，如该供应商有继续供货及合作意愿，可继续报名参加此次采购活动。本次采购活动结束后并纳入医院耗材目录库后，我院原有耗材目录库内的医用耗材、若与成交结果公告内医用耗材相同，原则上关停院内目录库内同类耗材。