附件 2: 阜外华中心血管病医院电极导线锁紧装置医用耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		电极导线锁紧装置
技术参数	适应症、适用范围	适用于经静脉移除患者体内需要长期植入带腔并使用高级静脉途径 的起搏器或除颤器的电极导管。
	学科、品类	第三类、植入式电极导线移除装置。
	组成	通常包括电极导管锁紧装置、清除探针、切割器、线圈扩展器和针规。
	包装方式	单套/件独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不区分。
	特征	
	其他备注	经灭菌,一次性使用;保质期2年及以上。

特别提醒:本医用耗材若在我院已有供应商,如该供应商有继续供货及合作意愿,可继续报名参加此次采购活动。本次采购活动结束并纳入医院耗材目录库后,我院原有耗材目录库内的医用耗材、若与成交结果公告内医用耗材相同,原则上关停院内目录库内同类耗材。