

附件 2：阜外华中心血管病医院一次性使用无菌双极射频消融笔医用耗材采购项目采购需求

医用耗材通用名称		一次性使用无菌双极射频消融笔
技术参数	适应症、适用范围	用于心脏外科直视开胸手术中利用射频能量消融心肌组织。
	学科、品类	第三类，心脏外科类。
	组成	通常由射频笔头、电极、连接杆、手柄、电极电缆及连接插头等组成。
	包装方式	单个独立包装。
	材质	不区分。
	规格、尺寸	不限规格和尺寸，分别单独报价。报价单包含规格型号。
	特征	双极射频消融笔。
	其他备注	经灭菌，一次性使用。如需配套专机设备使用，专机设备需单独报价。

特别提醒：本医用耗材若在我院已有供应商，如该供应商有继续供货及合作意愿，可继续报名参加此次采购活动。本次采购活动结束并纳入医院耗材目录库后，我院原有耗材目录库内的医用耗材、若与成交结果公告内医用耗材相同，原则上关停院内目录库内同类耗材。