

阜外华中心血管病医院脂蛋白(a) [Lp(a)] 试剂采购项目

采购需求

| | | |
|-----------|---|----|
| *一 | 总体要求 | |
| 1 | 满足临床科室要求, 中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点, 凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责。 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。 | 具备 |
| 3 | 投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 | |
| 1 | 临床用途: 是心血管疾病(CVD)的独立风险因素, 包括冠心病、心肌梗死、中风和外周动脉疾病等。它与动脉粥样硬化的严重程度密切相关, 可能通过影响血栓形成和炎症反应等机制发挥其作用。 | 具备 |
| 2 | 检测方法: 比色法 | 具备 |
| #3 | 检测平台: 适用于全自动生化免疫发光迈瑞流水线 | 具备 |
| 三 | 包装 | |
| 1 | 包装方式: 单套/件独立包装。 | 具备 |
| 2 | 提供不同规格和型号单独报价 | 具备 |
| *四 | 技术及售后服务 | |
| 1 | 提供产品相关资质, 耗材需保证生产日期为6个月以内的产品。 | 具备 |
| 2 | 按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点 | 具备 |