

# 阜外华中心血管病医院

## 便携式 ATP 荧光检测仪采购项目采购需求

<b>★一</b>	<b>总体要求</b>	
1	提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、产品技术表，以及使用说明书和公开的彩页。	具备
2	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。	具备
3	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备	具备
4	数量：7 台	具备
<b>二</b>	<b>技术要求</b>	
1	设备用途：用于环境物表清洁效果监测。	具备
2	检测时间：≤15 秒	具备
3	检测精度：≥ $5 \times 10^{-15}$ ，重复性：≤10%	具备
4	检测范围：至少为 0 ~999999RLU	具备
5	设备须免费提供配套校准品或阳极对照品	具备
6	数据管理：支持或配备 PC 端软件/云端存储，需支持多台设备数据汇总、趋势分析、院感报表	具备
7	设备不得为库存产品，设备生产日期与交货日期间隔不得超过一年	具备
8	提供设备配套所需试剂、耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格）	具备
9	需每年至少进行一次设备质控，提供荧光测试仪检测报告	具备
<b>三</b>	<b>技术及售后服务</b>	
*1	保修期：6 年（验收合格之日起）	具备
2	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训	具备
3	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、系统安装软件及维修密码，软件系统终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作	具备
4	生产日期为安装日期 12 个月内。	具备

5	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应并提供维修方案，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式	具备
6	提供专业维修工具 1 套	具备
7	到货时间：合同签订后 30 日历天内	具备