

## 阜外华中心血管病医院

### 便携式 ATP 荧光检测仪采购项目（二次）采购需求

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| <b>★一</b> | <b>总体要求</b>   |    |
| 1         | 提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、产品技术表，以及使用说明书和公开的彩页。                    | 具备 |
| 2         | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。                                 | 具备 |
| 3         | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备  | 具备 |
| 4         | 数量：7 台  | 具备 |
| <b>二</b>  | <b>技术要求</b>   |    |
| 1         | 设备用途：用于环境物表清洁效果监测。  | 具备 |
| 2         | 检测时间：≤15 秒  | 具备 |
| 3         | 检测精度：≥ $5 \times 10^{-15}$ ，重复性：≤10%                                      | 具备 |
| 4         | 检测范围：至少为 0 ~999999RLU   | 具备 |
| 5         | 设备须免费提供配套校准品或阳极对照品  | 具备 |
| 6         | 数据管理：支持或配备 PC 端软件/云端存储，需支持多台设备数据汇总、趋势分析、院感报表                              | 具备 |
| 7         | 设备不得为库存产品，设备生产日期与交货日期间隔不得超过一年   | 具备 |
| 8         | 提供设备配套所需试剂、耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格）                  | 具备 |
| 9         | 需每年至少进行一次设备质控，提供荧光测试仪检测报告   | 具备 |
| <b>三</b>  | <b>技术及售后服务</b>  |    |
| *1        | 保修期：6 年（验收合格之日起）  | 具备 |
| 2         | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训   | 具备 |
| 3         | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、系统安装软件及维修密码，软件系统终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4         | 生产日期为安装日期 12 个月内。   | 具备 |

|   |  |    |
|---|--|----|
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应并提供维修方案，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具 1 套   | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后 30 日历天内   | 具备 |