阜外华中心血管病医院

细胞因子检测试剂（化学发光法）招标要求

★一	**总体要求**	
1	满足临床科室要求，中标方负责将耗材根据甲方要求配送到指定地点，凡涉及运输、安装、人工等产生的费用均由中标方负责	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应提供有效的医疗器械注册证或备案凭证等相关资质证件	具备
二	**技术要求**	
（一）	细胞因子检测试剂（化学发光法）	具备
1	使用范围：外周血 IL-1β、IL-2、IL-2 受体、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12-P70、IL-17A、IL-17F、IL-22、肿瘤坏死因子α、肿瘤坏死因子β、γ-干扰素等细胞因子检测；	具备
2	检测方法：化学发光法；	具备
3	检测平台：全自动化学发光分析仪，优先适配检验科现有检测平台；	
4	特殊规格及型号要求：细胞因子包括但不限于列举种类；	具备
三	总体要求	
1	包装方式：单套/件独立包装。	具备
2	提供不同规格和型号单独报价	具备
★四	**技术及售后服务**	
1	提供产品相关资质，耗材需保证生产日期为 6 个月以内的产品	具备
2	按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点	具备