

包 1:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		血液浓缩器
技术参数	适应症、适用范围	用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积。
	学科、品类	体外循环材料、三类
	组成	由聚醚砜纤维薄膜、聚碳酸酯外壳、端盖组成。
	包装方式	此产品为一次性使用，单包独立无菌包装。
	材质	血接触材料：聚醚砜、聚碳酸酯、聚亚安酯。
	规格、尺寸	适用于：成人、儿童、婴儿
	特征	经灭菌，一次性使用。
	其他备注	

包 2:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		一次性使用心内吸引头
技术参数	适应症、适用范围	供心脏手术时吸引心包/心内液体(用冠状动脉直视灌注用)
	学科、品类	体外循环材料、二类
	组成	通常由吸引头、固定接头、不锈钢管、连接手柄组成
	包装方式	纸塑袋，无菌包装
	材质	聚氯乙烯、不锈钢
	规格、尺寸	不区分规格型号，分别单独报价。
	特征	经灭菌，一次性使用。
	其他备注	

包 3:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		一次性使用体外循环管路包(主动脉插管)
技术 参数	适应症、适用范围	适用于心内直视手术，建立体外循环用。
	学科、品类	体外循环材料、三类
	组成	由导管、配套接头、不锈钢丝、芯棒、定位圈及端头组成。
	包装方式	无菌包装
	材质	聚氯乙烯、聚碳酸酯、医用不锈钢
	规格、尺寸	不区分规格型号，分别单独报价。
	特征	经灭菌，一次性使用。
	其他备注	

包 4:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		一次性使用心脏停跳液灌注管路
技术 参数	适应症、适用范围	供心内直视手术中主动脉根部穿刺灌注冷停搏液的一次性使用装置。
	学科、品类	体外循环材料、三类
	组成	通常由导引针、导引管、软管、三通阀(可不带)、针座连接头、三通、接头、灌 注软管(可不带)、锁定接头、软管夹、泵管、瓶塞穿刺器、滴斗、血液过滤网、保 护套按不同型号要求选配组成。
	包装方式	无菌包装
	材质	聚氯乙烯、不锈钢
	规格、尺寸	不区分规格型号，分别单独报价。
	特征	经灭菌，一次性使用。
	其他备注	

包 5:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		一次性使用体外引流导管插管
技术 参数	适应症、适用范围	用于体外循环心脏直视手术时引流血液用。
	学科、品类	体外循环材料、三类
	组成	通常由软管、内导芯、接头组成
	包装方式	纸塑袋，无菌包装
	材质	聚氯乙烯、不锈钢
	规格、尺寸	不区分规格型号，分别单独报价。
	特征	用于左心减压
	其他备注	

包 6:

阜外华中心血管病医院 医用耗材技术参数

医用耗材通用名称		一次性使用血液微栓过滤器
技术 参数	适应症、适用范围	用于体外循环心内直视手术中，清除血液中的微小固体及气体栓子。
	学科、品类	体外循环材料、三类
	组成	通常由外壳、滤芯、底座、三通接头及相关配件组成。
	包装方式	无菌包装
	材质	PVC
	规格、尺寸	不区分规格型号，分别单独报价。
	特征	经灭菌，一次性使用。
	其他备注	